




Presionamos la pestaña de la parte central




Abrimos hacia arriba



Desenroscamos el tapón exterior



Desenroscamos el tapón interior



Presionamos en laterales donde está escrito "PRESS" y cogemos el implante con una ligera presión. **¡ NO ENROSCAR!**



Liberamos presión **ANTES** de sacar el implante y lo retiramos



Presionamos hacia afuera el tapón exterior



En la parte inferior tenemos el tornillo de cierre